Nouvelles possibilités de prélèvement

Le système Accu-Chek, lecteur Accu-Chek Active* et Accu-Chek Go et autopiqueur Accu-Chek Softclix, permet un prélèvement sanguin sur site alternatif, c'est-à-dire sur la base du pouce et de l'auriculaire, sur le bras, l'avant-bras, la cuisse ou le mollet.**

Le prélèvement doit alors être fait à l'aide d'une embase transparente qui s'adapte sur l'autopiqueur Accu-Chek Softclix**.



Les taux de glycémies mesurés à partir de sang prélevé sur sites alternatifs peuvent différer des résultats obtenus à partir de sang de la pulpe du doigt.
C'est pourquoi il est déconseillé de faire un prélèvement sur site alternatif dans les cas suivants :

- *moins de 2 heures après un repas,*
- *après un exercice physique,*
- *si vous êtes malade,*
- *si vous suspectez une hypoglycémie ou si vous percevez mal vos hypoglycémies,*
- *pendant le pic d'action de l'insuline basale,*
- *moins de 2 heures après une injection d'insuline rapide.*

* Les prélèvements sur sites alternatifs ne peuvent pas être réalisés avec les systèmes Glucotrend, Glucotrend 2 et Glucotrend Premium.
** L'embase transparente ne s'adapte pas sur les autopiqueurs Softclix 1ère génération, Softclix II et Accu-Chek Softclix Classic.

Pour plus d'informations
www.rochediagnostics.fr
Assistance utilisateurs
N° Vert 0 800 27 26 93

Roche

ACCU-CHEK®
Vivre sa vie. C'est essentiel.

Réf. 000 4020 2518 - Version 6 - 06/05 - Insign (0508049)

> Mode d'emploi

ACCU-CHEK® Softclix

Roche

ACCU-CHEK®
Vivre sa vie. C'est essentiel.

ACCU-CHEK® Softclix

Autopiqueur
Accu-Chek Softclix®
ACL : 768 523 1

Lancettes
Accu-Chek Softclix®
ACL : 768 522 5

Le stylo autopiqueur Accu-Chek Softclix® permet d'obtenir la quantité de sang nécessaire et suffisante pour la mesure de votre glycémie.

- 11 choix de profondeur de piqûre
- Une lancette conçue par ordinateur
- Un revêtement siliconé de la lancette



1. Insertion de la lancette

- Tirer sur l'embout du stylo pour l'enlever.
- Insérer la lancette stérile dans le porte-lancette.
- Retirer le capuchon protecteur de la lancette en le faisant pivoter.



- Remettre l'embout du stylo en le poussant au maximum jusqu'au déclic.
  L'encoche sur l'anneau blanc sert de guide pour repositionner l'embout.

2. Choix de la profondeur de piqûre



- Tourner l'extrémité de l'embout pour faire apparaître la position sélectionnée.
- 11 positions sont possibles (de 0,5 à 5,5), les positions intermédiaires étant représentées par des points.

Première utilisation : toujours commencer par la première position.

Si la goutte de sang ainsi obtenue est insuffisante, choisir une position de réglage supérieure que vous conserverez pour les prélèvements suivants.

3. Prélèvement de la goutte de sang

- Armer le stylo en poussant jusqu'au déclic le bouton d'armement.
- La fenêtre transparente se colore en jaune.

- Appliquer le stylo sur le côté du doigt et appuyer sur le bouton jaune de déclenchement.
- Attendre quelques secondes que la goutte de sang se forme.

4. Ejection de la lancette

- Enlever l'embout du stylo et faire coulisser l'anneau pour éjecter automatiquement la lancette en ayant soin de tenir le stylo en position verticale..

Pour éviter les risques d'infection, utiliser une nouvelle lancette à chaque prélèvement de sang.